

Plano de gestão de item da Infraestrutura Multiusuária de Pesquisa (IMP)

Equipament o ou Laboratório	<i>Descrição</i> Centrífuga Refrigerada		<i>Foto</i> 
	Agência financiadora FINEP	Convênio(s) CV 01.11.0137 / 2011 / ABRUEM	
PPG			
Professores Responsáveis	1. Paulo Roberto Da Silva 2. 3.		
Alocação	Laboratório é Multiusuário (x) Sim () Não	Laboratório de Genética e Biologia Molecular Vegetal	
Normas de utilização	<i>Dias e horários disponíveis para o atendimento aos usuários:</i> Segunda a quarta das 8h as 17h		
	<i>Responsável pelo agendamento:</i> Paulo Roberto Da Silva		
	<i>Telefone (ramal, celular):</i> 8262		<i>Email:</i> prsilva@unicentro.br
	<i>Nome(s) de quem dará suporte para realização das análises (docente, técnico, pós-graduando, bolsista):</i> Gabriela Gomes Weber		
	<i>Pré- preparo da amostra: (descrever necessidades...)</i> <i>Material a ser centrifugado em tubos de 1,5 a 50 ml</i>		
	<i>Reagentes necessários para cada amostra:</i> nenhum		
	<i>Tempo estimado para análise de cada amostra:</i> <i>Depende do protocolo do usuário</i>		
	<i>Equipamentos de segurança necessários e normas de segurança:</i> Luvas		
	<i>Custo por amostra analisada (taxa) R\$ 0,00 (quando for o caso)</i>		
	<i>Manutenção preventiva e emergencial: (descrever necessidades técnicas)</i> <i>Impossível prever manutenção. O equipamento pode funcionar sem dar problema por 20 anos, como amanhã pode para de funcionar e não ter conserto.</i>		
<i>Observações (treinamento específico para utilização do equipamento, outras informações adicionais necessárias):</i> nenhum			

Este plano deve ser atualizado sempre que houver mudanças em algum de seus itens