

**Plano de gestão de item da Infraestrutura Multiusuária de Pesquisa
(IMP/CCMN)**

Equipamento ou Laboratório	<i>Descrição</i> Equipamento de TG/DTA – STA 6300		<i>Foto</i>	
Agência financiadora Capes	Convênio(s) Pró-Equipamentos Capes			
PPG	QUÍMICA			
Professores Responsáveis	1. Eryza Guimarães de Castro; 2. Fauze Jacó Anaissi; 3. Maria Lurdes Felsner			
Alocação	Laboratório é Multiusuário (x) Sim () Não	LEM-206 Laboratório de Análise Térmica.		
	<i>Dias e horários disponíveis para o atendimento aos usuários: a definir pelos técnicos ou professores responsáveis pelo agendamento.</i>			
	<i>Responsável pelo agendamento: Técnicos Miguel Kalwa e Wesley Kalil Telefone (ramal, celular): _____ Email: mkalwa@unicentro.br</i>			
	<i>Nome(s) de quem dará suporte para realização das análises (docente, técnico, pós-graduando, bolsista): Profa. Eryza G. de Castro; Prof. Fauze J. Anaissi; Profa Maria L. Felsner.</i>			
	<i>Pré-preparo da amostra: De acordo com o tipo de amostra e deve ser acordado com o professor ou técnico responsável</i>			
	<i>Reagentes necessários para cada amostra: Gás nitrogênio comercial, ar comprimido, cadinho de platina ou de alumina.</i>			
	Normas de utilização	<i>Tempo estimado para análise de cada amostra: Entre 40 e 90 minutos. E de acordo com a finalidade de análise da amostra</i>		
		<i>Equipamentos de segurança necessários e normas de segurança: Luvas, jaleco e óculos de proteção</i>		
		<i>Custo por amostra analisada (taxa) R\$ ____ (quando for o caso) R\$ 50,00 para prestação de serviço <i>Obs: para usuários da UNICENTRO: cada usuário deverá trazer os cadinhos e contribuir com o consumo de gases do equipamento.</i></i>		
		<i>Manutenção preventiva e emergencial: Limpeza semanal do equipamento por aquecimento e a cada dois anos manutenção preventiva com técnico especializado</i>		
<i>Observações (treinamento específico para utilização do equipamento, outras informações adicionais necessárias): Necessidade de treinamento específico para o manuseio do equipamento antes da utilização a ser ministrado pelos docentes responsáveis ou técnicos.</i>				

Este plano deve ser atualizado sempre que houver mudanças em algum de seus itens